

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА СТЕРИЛИЗАТОРАХ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1.1. К эксплуатации стерилизаторов (сухо-жаровых шкафов) допускаются лица, не моложе 18 лет, обученные и аттестованные в установленном порядке, прошедшие медкомиссию и инструктаж на рабочем месте, имеющие удостоверение на право выполнения данного вида работ, имеющие 1 группу по электробезопасности..
- 1.2. Персонал должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, правила пожарной безопасности и настоящую инструкцию
- 1.3. Персонал должен соблюдать требования по электробезопасности при работе с электрическими приборами
- 1.4. Приказом по учреждению должен быть назначен ответственный за безопасную эксплуатацию стерилизаторов.
- 1.5. Хранить в стерилизационном помещении посторонние предметы запрещено.
- 1.6. Вход в стерилизационное помещение посторонним лицам запрещено.

2. Требования безопасности перед началом работы

- 2.1. Надеть положенную спецодежду, спецобувь.
- 2.2. Осмотреть рабочее место, освободить его от посторонних, горючих материалов
- 2.3. Проверить наличие и исправность заземления...

Требования безопасности во время работы

- 3.1. Для защиты от поражения электрическим током все доступные для прикосновения металлические части жаровых шкафов должны быть занулены.
- 3.2. При проведении процедуры прокаливания медицинских приборов запрещается прикасаться к вводным электрическим устройствам.
- 3.3. Персоналу запрещается включать электроприемники в электрическую сеть при повреждении изоляции шнура и корпуса штепсельной вилки, а также других дефектах, при которых возможно прикосновение персонала к частям, находящимся под напряжением.
- 3.4. При обнаружении неисправности в процессе эксплуатации жарового шкафа персонал должен немедленно отключить неисправный аппарат от сети и доложить об этом заведующему отделением. Работать с этим аппаратом персонал может только после устранения неисправности.
- 3.5. Персоналу запрещается выдергивать штепсельную вилку из розетки за шнур, усилие должно быть приложено к корпусу вилки.
- 3.6. Персоналу запрещается использовать электрическое оборудование, предварительно не ознакомившись с принципом его работы и опасностями, которые могут возникнуть при эксплуатации.
- 3.7. В процессе эксплуатации жаровых шкафов должна быть исключена возможность их опрокидывания
- 3.8. Персоналу, обслуживающему жаровые шкафы запрещается:
 - работать на жаровых шкафах, имеющих дефекты, снижающие его прочность и устойчивость;
 - оставлять жаровой шкаф без надзора во время его работы

Требования безопасности в аварийных ситуациях

- 4.1. Если при прикосновении к корпусу жарового шкафа обнаруживается ощущение тока, оборван заземляющий провод немедленно отключить прибор от сети.

Требования безопасности по окончании работ

- 5.1. После окончания работ необходимо отключить электропитание.
- 5.2. Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных во время работы, персонал должен сделать соответствующую запись в журнале технического обслуживания и сообщить лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию стерилизатора. .
- 5.3. Вымыть руки с мылом, принять душ.