

Инструкция по охране труда для персонала при проведении работ по эндоскопической диагностике

1. Общие требования безопасности

- 1.1. К работе по эндоскопической диагностике допускаются лица, прошедшие медицинскую комиссию и инструктаж по охране труда на рабочем месте.
- 1.2. Персонал должна быть обеспечен спецодеждой, СИЗ согласно типовых норм бесплатной выдачи спецодежды и спецобуви.
- 1.3. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
- 1.4. Использовать по назначению и бережно относиться к выданным СИЗ.

2. Требования безопасности перед началом работы

- 2.1. Правильно надеть полагающуюся по нормам чистую, исправную спецодежду, спецобувь. Спецодежда не должна иметь развивающихся концов, рукава и ворот должны быть завязаны.
- 2.2. Подготовить рабочий инструмент и прибор ,
- 2.3. Проверить достаточность освещения проходов и коридоров.

Требования безопасности во время работы

- 3.1. Быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами, разговорами.
- 3.2. Помещение кабинета содержать в безупречной чистоте
- 3.3. При использовании ректоскопов с волоконными световодами Ре-ВС-3 и Ре-ВС-5 пользоваться инструкцией завода-изготовителя:
 - присоедините один конец световодного кабеля диаметром 5 мм к осветителю ОС 100, второй конец его присоедините к выбранному тубусу.
 - при работе с ручкой до присоединения кабеля к тубусу пропустите его предварительно через отверстие в ручке. Ручку закрепите на тубусе;
 - введите в тубус соответствующий obturator и закрепите его;
 - смажьте конец тубуса и выступающую часть obturatora вазелином
- 3.4. Узлы ректоскопов рекомендуется дезинфицировать следующим образом:
 - obturatorы , щипцы, щетку и ватодержатель –кипячением в дистиллированной воде;
 - тубусы, anoskop, защитную крышку, насадку и коагулятор –погружением в тройной раствор;
 - остальные узлы –протираем марлевым тампоном, смоченным в спирте.
- 3.5. Персонал ежегодно подлежит обязательному медицинскому осмотру с участием невропатолога, оториноларинголога, терапевта..
- 3.8. Не работать с неисправными электроприборами;

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

Если при прикосновении к прибору обнаруживается ощущение тока , немедленно отключить прибор от сети и выяснить причину.

5. Требования безопасности по окончании работ

- 5.1. Отключить тубус от световодного кабеля.
- 5.2. Освободите obturator и извлеките из тубуса, все детали тщательно промыть .
- 5.3. Спецодежду повесить в отдельный шкафчик.
- 5.4. Вымыть руки теплой водой с мылом.